

Dipartimento Amministrativo S.C. Amministrativa della Ricerca

PRECISAZIONI A QUESITI PERVENUTI SU CAPITOLATO DI GARA CEE N° 7949923 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE, SUDDIVISA IN LOTTI INDIVISIBILI, DEI PRODOTTI FUNGIBILI PER IL DIPARTIMENTO DELLA RICERCA

Domanda: il confezionamento indicato nei moduli offerta è vincolante? ad esempio: lotto 4 codice 6 si può offrire il confezionamento da 1 l anzichè da 2,5 l in mancanza del secondo?

Il confezionamento può essere diverso ma deve essere adeguato al confezionamento richiesto.

Domanda: le specifiche riportate sono vincolanti ? ad esempio lotto 6 accuratezza pipette ± 0.2µl a 20µL (1.0%) è vincolante?

Si le specifiche sono vincolanti

Domanda: -lotto 6: le pipette del lotto 6 devo essere necessariamente marcate CE?

Si devono essere necessariamente marcate CE

Domanda: -lotto 6, posizione 184: il Pipettatore P2 non ha volume 2-20µl come dichiarato nella descrizione del prodotto ma 0,2-2µl

Trattasi di evidente mero errore di battitura, il pipettatore P2 deve avere un dosaggio variabile da 0,2-2µl .

Domanda: è possibile acquisire l'allegato 1, in formato word, per la compilazione elettronica

Per disposizioni interni i documenti vengono pubblicati sul sito in versione PDF

Domanda: L'offerta economica e tutti i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua italiana, vale anche per la documentazione tecnica e le schede dei prodotti?

L'offerta economica e tutti i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua italiana.

E' possibile corredare la documentazione tecnica da traduzione autocertificata ai sensi del DPR 445\2000.

Domanda: Marcatura CE e certificazione CE sono richieste tassativamente?

Trattasi di documentazione tecnica richiesta a pena di esclusione

Domanda: La fidejussione va calcolata sull'importo annuo presunto o biennale

La fidejussione va calcolata sull'importo presunto biennale